

# 試験報告書

依頼者 ビッキー 株式会社 殿

品名 マスク 1点

試験項目 バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(BFE) 他

2021年2月12日付けで当所に提出された試料の  
試験結果は、下記のとおりです。

2021年5月21日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号  
一般財団法人 **カケンテストセンター**  
大阪事業所 生物ラボ



## 記

### 試験結果

#### 1. BFE

No.	試料	バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(%)			
		No.1	No.2	No.3	平均
①	不織布マスク TP400	99.9	99.8	99.9	99.9

#### 2. VFE

No.	試料	ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率(%)			
		No.1	No.2	No.3	平均
①	不織布マスク TP400	99.5	99.7	99.4	99.5

### 試験方法

バクテリア飛沫捕集(ろ過)効率(BFE)試験: ASTM F2101

供試菌: 黄色ぶどう球菌・*Staphylococcus aureus* ATCC 6538

ウイルス飛沫捕集(ろ過)効率(VFE)試験: ASTM F2101、準用

供試ウイルス: バクテリオファージ Phi X174 ATCC 13706-B1

宿主細菌: 大腸菌 *E.coli* C ATCC 13706

### 試料

①

KEN KAKEN KAK

以上