

試験報告書

依頼者 ビッキー 株式会社 殿

品名 マスク 1点

試験項目 バクテリア飛まつ捕集効率(BFE) 他

2021年7月28日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

2021年8月11日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号

一般財団法人 カケンテストセンター

大阪事業所



記

試験結果

1. BFE

No.	試料	バクテリア飛まつ捕集効率(%)			
		No.1	No.2	No.3	平均
①	カラーマスク	99.9	>99.9	>99.9	>99.9

2. VFE

No.	試料	ウイルス飛まつ捕集効率(%)			
		No.1	No.2	No.3	平均
①	カラーマスク	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9

試験方法

バクテリア飛まつ捕集効率(BFE)試験: JIS T 9001 5.1.2

供試菌: 黄色ぶどう球菌・*Staphylococcus aureus* ATCC 6538

ウイルス飛まつ捕集効率(VFE)試験: JIS T 9001 5.1.3

供試ウイルス: バクテリオファージ Phi X174 ATCC 13706-B1

ホスト細菌: 大腸菌 *E.coli* C ATCC 13706

試料

①

KAKEN KAKEN



以上