

# 試験報告書

依頼者 ビッキー 株式会社 殿  
品名 カラーマスク 1点  
試験項目 微小粒子捕集効率 (PFE)

2021年7月28日 付で当所に提出  
された試料の試験結果は下記のとおりです。

2021年8月3日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号  
一般財団法人 カケンテストセンター  
大阪事業所 資材ラボ



記

試験項目	試験結果	試験方法
微小粒子捕集効率 PFE at 0.1 $\mu$ m (%)	1	99.9
	2	99.8
	3	99.9
	4	99.8
	5	99.8
	平均値	99.8
		JIS T 9001 試験片の調製: 製品マスクから採取

試料



以上

確認	作成